

MRI 検査の注意事項

○禁忌

⇒当院で検査を受けることが出来ません。

- ペースメーカー / ICD（植込み型除細動器）の植込みがある方
- 人工内耳 / 人口中耳 / 義眼底（金属を使用しているもの）の埋め込みがある方
- 圧可変式バルブシャント（脳室シャント）の埋め込みがある方
- 神経刺激装置などの体内電子装置の埋め込みがある方
- 妊娠中および妊娠の可能性がある方
- 3日以内にバリウム検査を受けている方（※頭部 MRI は検査可能です）

○準禁忌

⇒当院で検査を受けられない可能性があります。事前に主治医へご確認ください。

- 脳動脈瘤クリップ/コイルの挿入がある方
 - ・主治医の検査 MRI 実施許可もしくは過去に 3T（テスラ）MRI の経験がある場合は検査可能です
- 血管内にステント留置がある方
 - ・ステント留置から 6 週間以上経過していて主治医の MRI 実施許可がある場合は検査可能です
- 上下部内視鏡検査の際にクリップを使用した方
 - ・ミッドタウングループで施術の場合は検査可能です
 - ・他院で施術の方は施術から 30 日以上経過していれば検査可能です
- 整形領域の治療で体内に金属の挿入がある方
 - ・挿入から 12 週間経過していて主治医の MRI 実施許可がある場合は検査可能です

○その他の確認事項

⇒当院で検査を受けられない可能性があります。

口腔内に金属挿入のある方

- 磁石式インプラントをご使用の方は**検査を受けることができません**
- 磁石式以外のインプラントおよび歯列矯正ワイヤーがある方は**可能な限り歯科医師へご確認ください**
 - ・ 歯科医師によりMRI検査実施不可の指示がある場合は**検査を受けることができません**
 - ・ 歯科医師のMRI検査実施許可がある場合もしくは過去に3T（テスラ）MRIの経験がある場合は**検査可能**です
 - ・ 歯科医師へ確認ができない場合は、**熱感や変形・画質劣化の可能性を了承いただければ検査可能**です
- 国外および西暦2000年以前に国内で挿入された金属は**素材の確認が難しいこと**が多いため、当院でのMRI検査は**おすすめして**おりません
- 被せもの（クラウン）、ブリッジは**歯科医師の確認なく検査可能**です

○検査室内への持ち込み制限

⇒検査前に外す必要があるもの

- 義歯
 - メガネ
 - カラーコンタクトレンズ
 - かつら・ウィッグ
 - 補聴器
 - ヒートテック肌着・金具の付いた肌着
 - 貼付剤・カイロ
 - エレキバン・置き針・持続型血糖値測定器
 - マグネットネイル・ミラーネイル・金属探知機に反応するネイル装飾
 - マグネット式つけまつ毛・マグネット式エクステンション
 - カギ・ヘアピン・磁気カード
 - 貴金属類（アクセサリ類・時計）
 - パソコン・スマートフォンなどの電子機器類
 - 増毛粉（ミリオンヘアExなど）
 - 金属を用いた健康器具（磁気ネックレス・パワーアンクルなど）
 - 刺青・アートメイク
- ※ 刺青・アートメイクに関しては火傷のリスクをご了承いただければ検査可能です